Mode d'emploi : Système BIKO avec élastiques à résistance progressive

➢ Fonctionnement du système Biko :

Le système BIKO agit comme un mécanisme de soutien, en tirant le pied vers l'avant, ce qui l'empêche de glisser latéralement ou vers l'arrière et aide le chien à marcher ou à tourner. Ce dispositif encourage l'utilisation des membres, diminue les abrasions sur les pattes et aide l'animal à la marche.

Particulièrement utile pour les chiens ayant un déficit musculaire ou atteints d'ataxie modérée. La résistance apportée par les élastiques contribue à augmenter le tonus musculaire et la force, en particulier pour les muscles abducteurs des postérieurs extenseurs.

Le système BIKO peut être utilisé en complément ou en parallèle avec d'autres modalités de rééducation, comme par exemple tapis roulant immergé, tapis de sol, ballon d'exercice, balance board, etc… Le système BIKO est non seulement efficace pendant les séances de rééducation, mais également comme dispositif thérapeutique ou d'assistance à la maison.

Le Kit individuel contient :

- 2 paires d'élastiques avec des résistances différentes :
  N°1 légère à modérée - N°2 élevée
- 2 paires de sangles d'extensions
- 1 paire de brassard d'attache métatarse

➢ Installé le système BIKO sur un patient en 4 étapes:

1. Equipez l'animal d'un harnais avec une attache métallique sur le dos (non fourni)
2. Placez les brassards de fixation au métatarse de chaque patte
3. Clippez les élastiques avec leurs sangles d'extensions à l'attache métallique du harnais
4. Clippez l'autre extrémité des sangles d'extensions aux brassards de fixation

➢ Evaluation de la résistance nécessaire :

Le système BIKO est comme n'importe quelle autre solution de thérapie médicale - il varie d'un patient à un autre. En général, les patients commencent avec des élastiques à résistance légère (N°1). Au fil du temps, la durée du temps d'utilisation, le nombre de marches par jour, et le niveau de résistance seront augmentés. Le patient sera en mesure de porter le système BIKO tout le temps pendant les promenades et durant les exercices.

➢ Recommandations pour les vétérinaires:

1. Obésité / mauvais conditionnement physique - N°1 Léger à Modéré
2. Post-op – N°1 Léger à Modéré (Ne pas ajouter trop de résistance trop tôt)
3. Fitness et conditionnement physique pour les chiens réguliers –N°2 élevé
4. Conditionnement physique pour les athlètes et les chiens de travail – N°2 élevé

➢ Remplacement périodique des produits :

Tout comme les élastiques de résistances destinés aux humains, les effets répétés d'étirement et de relaxation vont provoquer l'usure du matériau, et avec le temps, diminuer l'efficacité thérapeutique du système. Pour maintenir un niveau d'efficacité, il est recommandé de remplacer les élastiques BIKO tous les 3-6 mois en fonction d'un certain nombre de facteurs (poids du chien, fréquence et durée d'utilisation, climat). Des élastiques de rechange peuvent être commandés en cas d'usure ou de perte.

Voir la vidéo d'installation sur le site Mikan